

機種	酸素濃度計			燃焼管理用酸素濃度計	高濃度ガス検知器	CO ₂ モニター	一酸化炭素計
型式	XO-326ⅡA 	XO-326ⅡsA 	XP-3180 	XP-3180E 	XP-3140 	RI-85 	XC-2200 
ページ	P.02-05	P.02-05	P.02-06	P.02-06	P.02-07	P.02-07	P.02-08
使用用途	酸素濃度測定		酸素濃度測定(自動吸引式)		二酸化炭素測定		一酸化炭素測定
その他	検知範囲: 0~25.0Vol% 警報設定値 1段目: 19.5Vol% 2段目: 18.0Vol%		測定範囲: 0~25.0Vol% 警報設定値: 18.0Vol%		検知範囲: 0~100Vol% 警報設定値: 50.0Vol%	検知範囲: 0~10000ppm 表示内容: 瞬時値、平均値、 ピーク値表示(切替式) 警報点: 10000ppm、 5000ppm、OFFのいずれ か1点を選択	検知範囲: 0~300ppm 警報設定濃度 1段目: 50ppm 2段目: 150ppm 積算濃度: 150ppm・h
電源	単三乾電池×2本		単三乾電池×4本				単四乾電池×1本
電池寿命	約8000時間 (アルカリ電池)	約15000時間 (アルカリ電池)	約100時間 (アルカリ電池)		約30時間 (アルカリ電池)	約12時間 (アルカリ電池)	約5000時間 (アルカリ電池) ※無警報時

機種	高濃度ガス検知器	複合型ガス検知器	可燃性ガス検知器	酸素・硫化水素濃度計	マルチ型ガス検知器		マルチガスモニター
型式	XP-3140 	XP-3118 	XP-3110 	XOS-326 	XA-4400Ⅱ 	XA-4400 	GX-2009 
ページ	P.02-11	P.02-11	P.02-11	P.02-12	P.02-13	P.02-13	P.02-14
使用用途	可燃性ガス(アルゴン・メタン) 濃度測定(自動吸引式)	酸素・水素濃度測定 (自動吸引式)	可燃性ガス濃度測定 (自動吸引式)	酸素・硫化水素濃度測定 (投げ込み式)	メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素測定		
その他	測定範囲: 0~100vol% 警報設定値: 50.0vol%	測定範囲 水素: 0~25vol% 酸素: 0~100%LEL 検知警報設定 水素: 18.0vol% 酸素: 20%LEL	測定範囲: 0~100%LEL 警報設定値: 20%LEL ※検知対象ガスにつきましては、 Vol.7を確認ください。	検知範囲 O ₂ : 0~25.0vol%、 H ₂ S: 0~30.0ppm 警報濃度 O ₂ 1段目: 19.5vol% 2段目: 18.0vol% H ₂ S 1段目: 10.0ppm 2段目: 15.0ppm	検知範囲 CH ₄ : 0~100%LEL H ₂ S: 0~30.0ppm CO: 0~300ppm O ₂ : 0~25.0vol%		検知範囲 CH ₄ : 0~100%LEL H ₂ S: 0~30.0ppm CO: 0~150ppm O ₂ : 0~25.0vol%
電源	単三乾電池×4本			単三乾電池×2本	単四乾電池×1本	単三乾電池×2本	内蔵バッテリー
電池寿命	約30時間 (アルカリ電池)	約20時間 (アルカリ電池)		約50時間 (アルカリ電池)	約40時間 (アルカリ電池)	約15時間 (アルカリ電池)	約20時間

機種	硫化水素ロガー	拡散式硫化水素測定器	ホルムアルデヒド検知器	ホルムアルデヒド簡易測定器	代替フロンガス検知器	ニオイセンサ	
型式	オダログロガー 	GHS-8AT 	FP-31 	XP-308B 	XP-704Ⅲ 	XP-329m 	XP-329ⅢR 
ページ	P.02-17	P.02-17	P.02-18	P.02-18	P.02-18	P.02-19	P.02-19
使用用途	硫化水素濃度連続測定		ホルムアルデヒド濃度測定		フロンガス濃度測定	ニオイ測定	ニオイ測定と臭気指数 (相当値)の測定
その他	検知範囲: 0~50ppm データ保存容量 1分間隔: 29日間 5分間隔: 6ヶ月	測定範囲(最小分解能): 0~500ppm(5ppm) ロギングデータ数: 濃度、温度各45960個 ※1分ロギング間隔で31日間 のデータ記録が可能	検知範囲 TAB No.008: 0~0.4ppm TAB No.009: 0~1ppm	検知範囲: 0.01~0.38mg/m ³ 、 0.01~0.3ppm 測定時間: 30分測定モード/ 10分測定モード ※切り替え式	検知可能濃度: 5ppm(R-134aのみ 30ppm) [感度設定「5」の場合]	測定対象: 各種香気・臭気成分 測定範囲: レベル表示時: 0~2000 臭気指数表示時: 0~(40) [レベル表示の2000相当 値まで]	
電源	内蔵バッテリー	単三乾電池×2本	単三乾電池×4本	単二乾電池×6本、 AC100V	単三乾電池×2本	単三乾電池×3本、 AC100~240V	単三乾電池×4本、 AC100V
電池寿命	約8ヶ月以上	約3ヶ月 ※条件: 温度20℃以上、 ロギング間隔5分、 パイロットランプ消灯時	約12時間 (アルカリ電池)	30分測定モード時: 約50回測定 (マンガン電池使用時)	約12時間 (アルカリ電池)	約10時間 (アルカリ電池)	約8時間以上 (アルカリ電池)



	IAQ モニター	一酸化炭素検知警報機	可燃性ガス漏れ探知器		レーザーメタン mini	ポータブル可燃性ガスモニター	高感度可燃性ガス検知器	機種
	2211 	KD-12 	XP-702IIZ-A 	XP-702III-A 	SA3C32B 	GP-1000 	XP-3160 	型式
	P.02-08	P.02-08	P.02-09	P.02-09	P.02-09	P.02-10	P.02-10	ページ
	CO・CO ₂ ・温度・湿度測定 (ビル管理測定)	一酸化炭素測定	ガス漏れ探知		離れた場所の メタンガス測定	メタン、水素等、全25種類 のガス検知(自動吸引式)	可燃性ガス及び可燃性溶 剤濃度測定(自動吸引式)	使用用途
	測定範囲 CO: 0.1~500ppm CO ₂ : 0~5000ppm 温度: -20.0~60.0℃ 湿度: 2.0~98.0%RH	検知範囲: 0~250ppm 警報設定値: 50ppm	検知対象ガス: LPG・都市ガス(13A) 検知可能濃度: 10ppm 応答時間: 3秒以内		検知対象ガス: メタン、 メタンを含むガス(天然ガスなど) 検知範囲: 1~50,000ppm-m 検知距離: 0.5~30m	検知範囲: 0~100% LEL 警報設定値 1st: 10%LEL 2nd: 50%LEL ※検知対象ガスにつきましては、 Vol.7を確認ください。	測定範囲: 0~5000ppm または 0~10000ppm 警報設定値: 250ppm または 500ppm ※検知対象ガスにつきましては、 Vol.7を確認ください。	その他
	単三乾電池×6本、 AC100~240V	AC100V	単三乾電池×3本	単三乾電池×2本	充電式バッテリー	単三乾電池×4本		電源
	約10時間 (アルカリ電池)	—	約18時間 (アルカリ電池)	約12時間 (アルカリ電池)	約6時間	約20時間以上 (アルカリ電池)		電池寿命

	ポータブルガスモニター	マルチ型ガス検知器	ポータブルマルチガスモニター	燃焼排ガス分析計		火山ガス検知器	機種
	GX-8000 	XP-302M 	GX-2012 TypeB 	HT-1600N 	HT-2300(A) セット 	GX-2009TypeJ 	型式
	P.02-14	P.02-15	P.02-15	P.02-16	P.02-16	P.02-17	ページ
	メタン・酸素・硫化水素・ 一酸化炭素測定	メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素測定(自動吸引式)		排ガス分析		硫化水素・ 二酸化硫黄濃度測定	使用用途
		検知範囲 CH ₄ : 0~100%LEL H ₂ S: 0~30.0ppm CO: 0~150ppm O ₂ : 0~25.0vol%		計測項目: 酸素、一酸化炭素、NO _x 、 排ガス温度、圧力、室内温度 計測範囲 O ₂ : 0~21.0vol% CO: 0~10000ppm NO _x : 0~4000ppm 排ガス温度: 0~650℃ 圧力: ±20hPa 室内温度: 0~100℃	計測項目: 酸素、一酸化炭素、NO _x 、 排ガス温度、圧力、周囲温度 計測範囲 O ₂ : 0~20.9vol% CO: 0~2000ppm NO _x : 0~1000ppm 排ガス温度: 0~650℃ 圧力: ±100hPa 室内温度: 0~100℃	検知範囲 硫化水素: 0~30.0ppm 二酸化硫黄: 0~20.0ppm	その他
	内蔵バッテリー	単三乾電池×4本、 AC100V	内蔵バッテリー	内蔵ニッケル充電電池、 AC100V		内蔵バッテリー	電源
	約12時間	約8時間(アルカリ電池)	約10時間	約8時間		約60時間(満充電後、25℃、 無警報、無照明時)	電池寿命

	VOCリアルタイムモニター	ポータブルガスモニター	オゾンガスモニター	機種
	XP-3120-V 	GX-6000 	OZG-EB-01 	型式
	P.02-20	P.02-20	P.02-20	ページ
	VOC濃度を トータルに測定	VOC濃度測定	オゾン濃度測定	使用用途
	検知対象ガス: 揮発性有機化合物(VOC)、 ※校正ガス: トルエン 測定範囲 Lレンジ: 0~100ppm Hレンジ: 0~1000ppm	検知対象ガス: 揮発性有機化合物(VOC) 検知範囲: 0~6000ppm	測定範囲: 0~1.00ppm 濃度表示: 3桁LCD 最小表示: 0.01ppm	その他
	単三乾電池×4本	バッテリー	単三乾電池×4本	電源
	約25時間 (アルカリ電池)	約14時間	約480時間	電池寿命

計測器

検知器

水質測定器

粉じん計

鉄筋探査
コンクリート試験

探傷機

その他非破壊
検査機器

観測機器

土質試験機

電子天秤
その他はかり

通信安全
管理機器

その他測定器

測量機

レーザー測量機

その他測量機器